SISTEMA DE ASPIRAÇÃO DE BAIXO VÁCUO

GAMA: Cirurgia – Sistemas de Drenagem
APLICAÇÃO: Sistema para drenagem de fluidos

SEM LÁTEX **COM FTALATOS**

DESCRIÇÃO

Sistema de aspiração de baixo vácuo, descartável, com tubo de conexão e conector para dreno de CH6 a CH18 e válvula anti-retorno.



Elemento	Legenda	Material
Frasco	1	PE
Tampa com válvula anti-retorno	2 e 3	PVC e PP
Suporte	4	LDPE
Clamp	5	PP
Tubo conexão	6	PVC
Conector do frasco	7	PVC
Conector estriado	8	PVC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referência (REF)	Descrição
05.000.22.640	Sistema de aspiração completo (frasco de 250 ml e tubo de conexão)
05.000.22.641	Sistema de aspiração completo (frasco de 500 ml e tubo de conexão)

Distribuido por: HR Hospitalar, Lda
Sede Rua dos Bem Lembrados, 141, Manique 2645-471 Alcabideche
Tel: 21 444 52 68 **e-mail:** hr@hrhospitalar.com **Site:** www.hrhospitalar.com

ADVERTÊNCIAS

Não utilizar o dispositivo caso a embalagem exterior, que mantém a esterilidade do mesmo, se apresente danificada. Não reutilizar. Não reesterilizar.
Contém DEHP.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO (MECIONADAS NA ROTULAGEM)



LEGENDA:

A – Conectar o tubo ao Sistema de Aspiração de Baixo Vácuo
B – Pressionar o *clamp* para o fechar
C – Comprimir o Sistema de Aspiração de Baixo Vácuo, pressionando até ao fim
D – Pressionar o Botão Vermelho para o fechar, evitando assim que o vácuo seja libertado
E – Cortar o conector de acordo com o tamanho do diâmetro do dreno (ponto 1.). Em seguida, conectá-lo ao dreno (ponto 2)
F – Iniciar a aspiração, abrindo o *clamp*

ESTERILIZAÇÃO

A Dahlhausen não produz este dispositivo com vista à sua reutilização ou reprocessamento, não assegurando por isso que o reprocessamento possa limpar e/ou esterilizar ou manter a integridade estrutural do dispositivo de forma a assegurar a segurança do doente na sua utilização.
Método de Esterilização – EO

VALIDADE

Data de validade: 3 anos

ACONDICIONAMENTO

Conservar o produto à temperatura ambiente, mantendo-o afastado de luz solar directa, humidade elevada e exposição à água.

EMBALAGEM

Embalagem individual: Papel, Bolsa de Plástico – HDPE

Referência	Número de embalagens por caixa
05.000.22.640	35 unidades
05.000.22.641	35 unidades

hospitalar
Distribuido por: HR Hospitalar, Lda
Sede Rua dos Bem Lembrados, 141, Manique 2645-471 Alcabideche
Tel: 21 444 52 68 **e-mail:** hr@hrhospitalar.com **Site:** www.hrhospitalar.com

INFORMAÇÃO REGULAMENTAR

Dispositivo médico estéril de uso único
Classe IIa, com marcação CE
Organismo Notificado: TUV Sud Product Service GmbH, nº 0123
ID atribuído pelo INFARMED: 79892

Referência	Código CDM
05.000.22.640	48891649
05.000.22.641	41741692

ABREVIATURAS

ABS: Acrylonitrile butadiene styrene; ASA: Acrylonitrile Styrene Acrylate; LDPE: Low density polyethylen; PA: Polyamide; PC: Polycarbonate; PE: Polyethylene; PI: Polyisoprene; POM: Polyacetate; PP: Polypropylene; PS: Polystyrene; PU and PUR: Polyurethane; PVC: Polyvinyl chloride; SI: Silicone

hospitalar
Distribuido por: HR Hospitalar, Lda
Sede Rua dos Bem Lembrados, 141, Manique 2645-471 Alcabideche
Tel: 21 444 52 68 **e-mail:** hr@hrhospitalar.com **Site:** www.hrhospitalar.com