CAIXA DE PROTECÇÃO DE TORNEIRA DE 3 VIAS BO100E

GAMA: Infusão
APLICAÇÃO: Ajuda na prevenção de infecções nosocomiais associada à utilização de cateteres.

DESCRIÇÃO



Legenda

1. Caixa de protecção rosa em PP com espuma no interior em PU

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Caixas de protecção atraumáticas para torneiras, rampas e conectores. A sua composição rígida permite que mesmo em ocasiões de esmagamento o "efeito de esponja" seja mantido.
A esponja em poliuretano absorve instantaneamente todos os derrames. Os componentes da caixa de protecção são compatíveis com a grande maioria de antisépticos e desinfectantes.

DESINFECTANTES MAIS UTILIZADOS

Iodopovidona tópica ou alcoólica
Clorohexidina alcoólica

QUAL A FREQUÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE DESINFECTANTE/ANTI-SÉPTICO

Para assegurar uma desinfecção eficiente, embeber a espuma em desinfectante/anti-séptico assim que a caixa for colocada, adicionar novamente desinfectante/anti-séptico a cada 8-12 horas.

QUAL A QUANTIDADE DE DESINFECTANTE/ANTI-SÉPTICO A UTILIZAR

Embeber a espuma em todas as secções da caixa,
A quantidade a utilizar dependerá do tamanho da caixa e do desinfectante/anti-séptico utilizado.
A quantidade a ser adicionada a cada 8-12horas, depende da frequência com que a caixa é aberta e do desinfectante/anti-séptico utilizado.

Distribuido por: HR Hospitalar, Lda
Sede Rua dos Bem Lembrados, 141, Manique 2645-471 Alcabideche
Tel: 21 444 52 68 **Fax:** 21 445 17 84 **e-mail:** hr@hrhospitalar.com **Site:** www.hrhospitalar.com

TEMPO DE UTILIZAÇÃO RECOMENDADO

Tempo máximo de utilização de 96 horas com adição de desinfectante/anti-séptico a cada 8-12 horas.
As caixas de protecção devem seu usadas uma única vez e num doente.
Trocar toda a linha de perfusão simultaneamente (torneiras, rampas, prolongadores) à troca da caixa de protecção.

VERIFICAÇÃO

Verificar as conexões: rampas, perfusores, ou prolongadores, no mínimo uma vez por dia, idealmente a cada adição de desinfectante/anti-séptico, respeitando sempre as normas de higiene.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Respeitar as normas de higiene antes de manusear o caixa.
- Utilizar apenas dispositivos médicos compatíveis com o desinfectante/anti-séptico utilizado. Verificar com o fabricante dos dispositivos médicos que serão utilizadas com a caixa para assegurar que os dispositivos são compatíveis com o desinfectante/anti-séptico utilizado.
- Respeitar as instruções de segurança e instruções para uso do anti-séptico/desinfectante utilizado.
- Alguns materiais de risco (fenómeno de "*stress cracking*") utilizados em dispositivos médicos não devem ser sujeitos a contacto prolongado com desinfectantes/anti-sépticos.
- Por motivos de segurança, nunca coloque a caixa na estrutura da cama. A caixa não deve ser fixada em qualquer superfície, deve ser ligada ao doente ou colocada num suporte móvel IV, deve respeitar as instruções de segurança (circuito de segurança).
- Ao utilizar uma torneira na caixa, certifique-se de que o movimento não desfaz as conexões.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Estéril excepto em caso de embalagem danificada ou aberta; Não re-esterilizar; Descartar após utilização.

ESTERILIZAÇÃO

Modo de esterilização: óxido de etileno
Validação e controlo de rotina de acordo com as normas europeias EN 550

A CAIR LGL não produz este dispositivo com vista à sua reutilização ou reprocessamento, não assegurando por isso que o reprocessamento possa limpar e/ou esterilizar ou manter a integridade estrutural do dispositivo de forma a assegurar a segurança do doente na sua utilização.

VALIDADE

Data de validade: 5 anos

ACONDICIONAMENTO

Armazenar em local limpo e seco, protegido da luz solar, a temperatura entre +5 e +40 ºC

EMBALAGEM

Embalagem individual: 1 face de papel e 1 face transparente
Caixa: 25 unidades por caixa de cartão
Caixa completa: 400 unidades por caixa de cartão

Distribuido por: HR Hospitalar, Lda
Sede Rua dos Bem Lembrados, 141, Manique 2645-471 Alcabideche
Tel: 21 444 52 68 **Fax:** 21 445 17 84 **e-mail:** hr@hrhospitalar.com **Site:** www.hrhospitalar.com

INFORMAÇÃO REGULAMENTAR

Dispositivo médico estéril de uso único
Classe Is, com marcação CE
Organismo Notificado: G-MED, nº 0459
ID atribuído pelo INFARMED: 152098

ABREVIATURAS

ABS: Acrylonitrile butadiene styrene; ASA: Acrylonitrile Styrene Acrylate; PA: Polyamide; PC: Polycarbonate; PE: Polyethylene; PI: Polyisoprene; POM: Polyacetate; PP: Polypropylene; PS: Polystyrene; PU: Polyurethane; PVC: Polyvinyl chloride; SI: Silicone

Distribuido por: HR Hospitalar, Lda
Sede Rua dos Bem Lembrados, 141, Manique 2645-471 Alcabideche
Tel: 21 444 52 68 **Fax:** 21 445 17 84 **e-mail:** hr@hrhospitalar.com **Site:** www.hrhospitalar.com